

Zagreb, 28. travnja 2023. godine

PREDMET: pokretanje postupka jednostavne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16 114/2022)

-poziv na dostavu ponude

Bitni elementi za početak postupka:

- Naziv predmeta nabave: Aparat i potrošni materijal za ESR automatizirana metoda **JN-9/2023**
- Procijenjena vrijednost: 10.600,00 € bez PDV a
- Jednostavna nabava, sklapa se godišnji ugovor s odabranim ponuditeljem
- Opis predmeta nabave/tehničke specifikacije: iSED aparat za automatizirano izvođenje ESR testa direktno iz EDTA-TUBICA - mogućnost kontinuiranog dodavanja uzorka ("continuos feed") ili jednakovrijedan, Volumen uzorka potrebnog za analizu ne smije biti veći od 105 mikrolitara, kontrola humanog porijekla, program za međulaboratorijsku usporedbu CE certifikat, redovno održavanje od strane ovlaštenog servisera. Spajanje na LIS
- Mjesto izvođenja: Zagreb, lokacija Doma zdravlja Zagreb-Centar, MBL, Martićeva 63a, Zagreb, na zahtjev Naručitelja (narudžbenica)
- Rok izvođenja/ispоруke: Isporučitelj se obvezuje isporuku potrošnog materijala za ESR automatiziranu metodu obavljati sukcesivno, po ispostavi narudžbe Naručitelja u roku od 24 sata uz klauzulu o nepromjenjivosti cijena u roku od 12 mjeseci prema okvirnim količinama specificiranim Troškovnikom koji mora biti dio ponude.
- Rok, način i uvjeti plaćanja: naručitelj će izvršene poslove izvođitelju platiti virmanom na žiro račun izvođitelja, naveden na računu, u roku od 60 (šezdeset) dana od dostave računa i ovjerenog zapisnika o izvršenim radovima
- Kriterij za odabir ponude: cijenom najpovoljnija ponuda
- Prijedlog ugovorne kazne: u slučaju nepoštivanja ugovora, ugovorne strane sporazumno utvrđuju pravo na raskid ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave pisane obavijesti o namjeri raskidanja ugovora
- Prijedlog dokaza sposobnosti: Izvršitelj mora u ugovoru jamčiti Naručitelju da ima sposobnosti i ovlasti za izvršavanje obveza koje su navedene i/ili proizlaze iz ugovora, Izvršitelj svoje obveze mora izvršavati sa pažnjom dobrog stručnjaka. Gospodarski subjekt mora predati dozvolu za promet medicinskim proizvodima, sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13),

Za utvrđivanje traženog dokaza ponuditelj je dužan priložiti dokaz da je - upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj - da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, sukladno članku 47 Zakona o medicinskom proizvodima.

- Troškovnik: kao prilog Pozivu
- Odredbe o normama: poslovi moraju biti obavljani u skladu sa normama i pravilima struke, poštujući sve pozitivno pravne propise Republike Hrvatske.
- Ostali uvjeti: uvjeti koje naručitelj smatra bitnima za izvršenje ugovora:
  1. Popis značajnih ugovora o uslugama izvršenih u posljednje 3 (godine) s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane. Popis sadrži iznos, datum isporuke robe te naziv druge ugovorne strane.
  2. Ponudeni reagensi moraju odgovarati aparatu za automatizirano izvođenje ESR testa direktno iz EDTA-TUBICA; aparat mora imati mogućnost kontinuiranog dodavanja uzorka („continuous feed“); volumen uzorka potrebnog za analizu ne smije biti veći od 105 mikrolitara. Kontrola mora biti humanog porijekla i to treba dokazati pripadajućim dokumentom. Uključeno u cijenu kontrolnog materijala ponuditelj mora ponuditi program za međulaboratorijsku usporedbu, CE certifikat, redovno održavanje od strane ovlaštenog servisera i spajanje na LIS.
  3. Ponuditelj je dužan na korištenje dati jedan aparat iSED za automatizirano izvođenje ESR ili jednakovrijedan. Za svaku stavku potrebno je priložiti katalog (hrvatski ili engleski jezik)
  4. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:  
bjanko zadužnica u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a ovjerena kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona. Zadužnica treba biti predana Naručitelju najkasnije 15 dana od dana potpisa ugovora.
  5. Tehničke specifikacije uređaja:
    - Analiza sedimentacije eritrocita direktno iz primarne EDTA epruvete.
    - Rezultat testa unutar 1 minute od početka mjerenja (veliki broj uzoraka na dnevnoj bazi zahtjeva što je moguće bržu analizu)
    - Kontrole u 2 razine humanog porijekla (smjernice HDMB-a o preporučenim kontrolnim uzorcima unutarnjih kontrola)
    - Brzina od minimalno 150 uzoraka na sat (ponovno veliki broj uzoraka na dnevnoj bazi, zahtjeva veliki kapacitet i brzinu rada)
    - Maksimalno 105 µl uzorka za analizu (obzirom da se rade 2 pretrage iz jedne epruvete)
    - Automatizirani uređaj, s barcod čitačem, spojiv na LIS.
  6. Ukoliko se nude zamjenski artikli, bitno je da se Naručitelju isporuči katalog, proizvođački prospekt, brošura ili druga prikladna tehnička dokumentacija kojom se dokazuje sukladnost nudenog s traženim tehničkim specifikacijama predmeta nabave na hrvatskom jeziku. U katalogu, prospektu, brošuri ili drugoj tehničkoj dokumentaciji potrebno je upisati i markirati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom i markirati ga, kako bi bilo razvidno što se točno nudi.